


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	愛友幼稚園・保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	15:30	曇	0.07	0.07	0.06
7/4	15:05	晴	0.07	0.07	0.07
10/5	10:30	曇	0.08	0.08	0.07
1/4	15:20	晴	0.07	0.07	0.07

単位： $\mu\text{Sv/h}$



測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TGS-172B）を使用しています。